



Общие замечания

- 1** **soMra-терапия** с использованием **зондовой** насадки с **удлиненной** оболочкой может очень успешно заменить собой **применение акупунктурных игл** при **ожогах**, для пожилых людей со **слабой кожей** и **младенцев**.
- 2** Для **безопасного** использования в области головы у **зондовой** насадки нет встроенного **ультразвукового** излучателя, поэтому ее очень хорошо можно использовать для **акупунктуры**, так как ультразвук для акупунктуры **не** полезен.
- 3** Несмотря на изложенное выше, **ультразвук** особенно **полезен** для **быстрого заживления тканей кожи** при ожогах и порезах и для **восстановления** больных **клеток**. В этих случаях после акупунктуры, если потребуется, можно использовать **медицинскую** насадку с **включенным ультразвуком** и **обрабатывать поврежденные области** в течение **5 мин** при **1000 Гц**.
- 4** Для **акупунктуры** каждую **точку** следует обрабатывать в течение **1-2 мин** при **1000 Гц**. Однако это указание на время воздействия основано на общих наблюдениях, и поэтому необходимо экспериментировать со **временем воздействия**, пока не будет найдена оптимальная продолжительность для достижения желаемых результатов.
- 5** При использовании **soMra-терапии** для **акупунктуры** помните, что на **младенцев** излучение действует гораздо быстрее и эффективнее, чем на взрослых, и поэтому время воздействия для них должно быть соответствующим образом скорректировано.